

(加盖计量认证章)

183612050000

# 检测 报告

## Test Report

报 告 编 号 : XZJB20240253-3

昌都市洛隆县农村环境质量监测

项 目 名 称 : (俄西乡扎嘎村-第一季度)

委 托 单 位 : 昌都市生态环境局洛隆县分局

检 测 类 别 : 委托检测

西藏景博环境监测科技有限公司

二〇二四年四月十二日

(加盖检验检测专用章)



## 检测报告说明

1. 报告无“骑缝章”或检测单位检测专用章无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改或自行删减无效。
3. 报告部分复制无效，全部复制报告需加盖检测报告专用章。
4. 检测方只对来样或自采样品负责。
5. 报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。
6. 报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与委托方联系。
7. 对检测报告若有异议，请在收到报告后十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
8. 除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为三十年。

### 本机构通讯资料：

西藏景博环境监测科技有限公司

地 址： 拉萨市金珠西路农科院内

邮政编码： 850000

电 话： 18800318378      0891-6825319

电子邮箱： 3408542367@qq.com



1 检测概述

西藏景博环境监测科技有限公司受昌都市生态环境局洛隆县分局委托，对昌都市洛隆县农村环境质量的地表水、环境空气进行监测，并编制本报告。

2 检测内容

2.1 地表水

2.1.1 检测项目：

2.1.1.1 检测项目：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、\*锰（共 28 项）。

注：“\*”表示项目分包检测，分包方为西藏蓝辰环保科技有限公司，资质编号：212612050197。

2.1.2 检测点位

表 2-1 地表水检测点位

| 点位名称   | 采样人员        | 采样时间       | 东经        | 北纬        | 海拔（m） |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 俄西乡扎嘎村 | 吉央多杰<br>王晓辉 | 2024.03.20 | 95°31'21" | 30°58'20" | 3573  |

2.1.3 检测频次

每天监测 1 次，监测 1 天，每季度监测 1 次，每年监测 4 次。

2.2 环境空气

2.2.1 检测项目：二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>（共 6 项）。

2.2.2 检测点位

表 2-2 环境空气检测点位

| 点位名称   | 采样人员        | 检测项目                                                        | 采样时间                      | 东经        | 北纬        | 海拔（m） |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 俄西乡扎嘎村 | 吉央多杰<br>王晓辉 | 二氧化硫、二氧化氮<br>一氧化碳、臭氧<br>PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> | 2024.03.18<br>-2024.03.23 | 95°30'57" | 30°58'04" | 3475  |

2.2.3 检测频次

每天监测 1 次，监测 5 天，每季度监测 1 次，每年监测 4 次（二氧化硫、二氧化氮、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、一氧化碳监测 24h）。

臭氧：每次监测 12h，每天监测 2 次，监测 5 天，每季度监测 1 次，每年监测 4 次。



### 3 检测方法及方法来源

表 3-1 地表水检测方法、方法来源、主要使用仪器及检出限

| 检测项目    | 分析方法及来源                                                                                                                                                                                                                                    | 仪器名称及型号                                    | 仪器编号                   | 检出限             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 水温      | 温度计测定法《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》<br>GB 13195-1991                                                                                                                                                                                             | 多参数水质分析仪<br>DZB-712                        | XZJB-B147              | /               |
| pH 值    | 《水质 pH 值的测定 电极法》<br>HJ 1147-2020                                                                                                                                                                                                           | 多参数水质分析仪<br>DZB-712                        | XZJB-B147              | /               |
| 溶解氧     | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009                                                                                                                                                                                                              | 多参数水质分析仪<br>DZB-712                        | XZJB-B147              | /               |
| 高锰酸盐指数  | 《水质 高锰酸盐指数的测定》<br>GB 11892-1989                                                                                                                                                                                                            | 滴定管                                        | /                      | 0.5<br>mg/L     |
| 化学需氧量   | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017                                                                                                                                                                                                             | 滴定管                                        | /                      | 4<br>mg/L       |
| 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009                                                                                                                                                                                     | 生化培养箱<br>SPX-250B-Z<br>溶解氧测定仪<br>JPSJ-605F | XZJB-A042<br>XZJB-A068 | 0.5<br>mg/L     |
| 氨氮      | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009                                                                                                                                                                                                            | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800                       | XZJB-A003              | 0.025<br>mg/L   |
| 总磷      | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989                                                                                                                                                                                                           | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800                       | XZJB-A003              | 0.01<br>mg/L    |
| 总氮      | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012                                                                                                                                                                                                      | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800                       | XZJB-A003              | 0.05<br>mg/L    |
| 铜       | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                    | 电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 8000                  | XZJB-A001              | 0.006<br>mg/L   |
| 锌       | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                    | 电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 8000                  | XZJB-A001              | 0.009<br>mg/L   |
| 氟化物     | 《水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪<br>CIC-D120                          | XZJB-A114              | 0.006<br>mg/L   |
| 硒       | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                          | 原子荧光光度计<br>SK-乐析                           | XZJB-A117              | 0.0004<br>mg/L  |
| 砷       | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                          | 原子荧光光度计<br>SK-乐析                           | XZJB-A117              | 0.0003<br>mg/L  |
| 汞       | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ 694-2014                                                                                                                                                                                                          | 原子荧光光度计<br>SK-乐析                           | XZJB-A117              | 0.00004<br>mg/L |



| 检测项目     | 分析方法及来源                                                                                                                                                                                                                                          | 仪器名称及型号                       | 仪器编号      | 检出限             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 铜        | 石墨炉原子吸收分光光度法<br>《水和废水监测分析方法》<br>(第四版增补版)                                                                                                                                                                                                         | 原子吸收光度计<br>PinAAcle900T       | XZJB-A043 | 0.00010<br>mg/L |
| 六价铬      | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼<br>分光光度法》GB 7467-1987                                                                                                                                                                                                          | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800          | XZJB-A003 | 0.004<br>mg/L   |
| 铅        | 石墨炉原子吸收分光光度法<br>《水和废水监测分析方法》<br>(第四版增补版)                                                                                                                                                                                                         | 原子吸收光度计<br>PinAAcle900T       | XZJB-A043 | 0.001<br>mg/L   |
| 氰化物      | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法<br>《水质 氰化物的测定 容量法和分光<br>光度法》HJ 484-2009                                                                                                                                                                                            | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800          | XZJB-A003 | 0.004<br>mg/L   |
| 挥发酚      | 萃取分光光度法《水质 挥发酚的测定<br>4-氨基安替比林分光光度法》<br>HJ 503-2009                                                                                                                                                                                               | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800          | XZJB-A003 | 0.0003<br>mg/L  |
| 石油类      | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度<br>法(试行)》HJ 970-2018                                                                                                                                                                                                           | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800          | XZJB-A003 | 0.01<br>mg/L    |
| 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚<br>甲蓝分光光度法》GB 7494-1987                                                                                                                                                                                                        | 紫外可见分光光度计<br>TU-1901          | XZJB-A035 | 0.05<br>mg/L    |
| 硫化物      | 《水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光<br>度法》HJ 1226-2021                                                                                                                                                                                                             | 紫外可见分光光度计<br>UV 5800          | XZJB-A003 | 0.01<br>mg/L    |
| 硫酸盐      | 《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、<br>Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的<br>测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪<br>CIC-D120             | XZJB-A114 | 0.018<br>mg/L   |
| 氯化物      | 《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、<br>Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的<br>测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪<br>CIC-D120             | XZJB-A114 | 0.007<br>mg/L   |
| 硝酸盐氮     | 《水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、<br>Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的<br>测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪<br>CIC-D120             | XZJB-A114 | 0.004<br>mg/L   |
| 铁        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等<br>离子体发射光谱法》HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                      | 电感耦合等离子体发<br>射光谱仪 Optima 8000 | XZJB-A001 | 0.01<br>mg/L    |
| 锰        | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等<br>离子体发射光谱法》HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                      | 电感耦合等离子体发<br>射光谱仪 Optima 8000 | XZJB-A001 | 0.01<br>mg/L    |

表 3-2 地表水检测方法、方法来源、主要使用仪器及检出限

| 检测项目 | 分析方法及来源                               | 仪器名称及型号                 | 仪器编号 | 检出限          |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------|--------------|
| *锰   | 《水质 铁和锰的测定 原子吸收分光<br>光度法》GB11911-1989 | 原子吸收分光光度计<br>TAS-900AFG | /    | 0.01<br>mg/L |



表 3-3 环境空气现场检测方法、方法来源及主要使用仪器

| 检测项目              | 分析方法及来源                               | 仪器名称及型号              | 仪器编号      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| 二氧化硫              | 《环境空气质量手工监测技术规范》<br>HJ 194-2017       | 环境空气综合采样器<br>崂应 2050 | XZJB-B049 |
| 二氧化氮              | 《环境空气质量手工监测技术规范》<br>HJ 194-2017       | 环境空气综合采样器<br>崂应 2050 | XZJB-B049 |
| 一氧化碳              | 《环境空气 一氧化碳的自动测定非<br>分散红外法》HJ 965-2018 | 红外 CO 分析仪            | XZJB-B045 |
| 臭氧                | 《环境空气质量手工监测技术规范》<br>HJ 194-2017       | 环境空气综合采样器<br>崂应 2050 | XZJB-B055 |
| PM <sub>10</sub>  | 《环境空气质量手工监测技术规范》<br>HJ 194-2017       | 环境空气综合采样器<br>崂应 2050 | XZJB-B055 |
| PM <sub>2.5</sub> | 《环境空气质量手工监测技术规范》<br>HJ 194-2017       | 环境空气综合采样器<br>崂应 2050 | XZJB-B049 |

表 3-4 环境空气检测方法、方法来源、主要使用仪器及检出限

| 检测项目              | 分析方法及来源                                                           | 仪器名称及型号                                     | 仪器编号                   | 检出限                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 二氧化硫              | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸<br>收-副玫瑰苯胺分光光度法》<br>HJ482-2009                  | 紫外分光光度计<br>UV 5800                          | XZJB-A003              | 4<br>ug/m <sup>3</sup>    |
| 二氧化氮              | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二<br>氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光<br>度法》HJ479-2009           | 紫外分光光度计<br>UV 5800                          | XZJB-A003              | 3<br>ug/m <sup>3</sup>    |
| 一氧化碳              | 《环境空气 一氧化碳的自动测定非<br>分散红外法》HJ 965-2018                             | 红外 CO 分析仪                                   | XZJB-B045              | 0.07<br>mg/m <sup>3</sup> |
| 臭氧                | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸<br>钠分光光度法》HJ504-2009                            | 紫外分光光度计<br>UV 5800                          | XZJB-A001              | 10<br>ug/m <sup>3</sup>   |
| PM <sub>10</sub>  | 《环境空气 PM <sub>10</sub> 和 PM <sub>2.5</sub> 的测定 重<br>量法》HJ618-2011 | 十万分之一电子天平<br>AP125WD<br>恒温恒湿培养箱<br>HWS-250A | XZJB-A026<br>XZJB-A059 | 10<br>ug/m <sup>3</sup>   |
| PM <sub>2.5</sub> | 《环境空气 PM <sub>10</sub> 和 PM <sub>2.5</sub> 的测定 重<br>量法》HJ618-2011 | 十万分之一电子天平<br>AP125WD<br>恒温恒湿培养箱<br>HWS-250A | XZJB-A026<br>XZJB-A059 | 10<br>ug/m <sup>3</sup>   |

#### 4 检测结果评价标准

地表水：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表 1 的Ⅱ类、表 2 标准限值。

环境空气：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表 1 的一级标准限值。



5 检测条件及结果

表 5-1 地表水现场检测条件

| 点位名称   | 天气 | 气压 (Kpa) | 气温 (°C) |
|--------|----|----------|---------|
| 俄西乡扎嘎村 | 多云 | 63.7     | 9.1     |

表 5-2 地表水检测结果

| 分析项目               |  采样人员及<br>分析人员<br>分析日期 |                           | 样品编号及点位名称       | 《地表水环境质量标准》<br>(GB3838-2002) 中表 1 的<br>I类、II类、III类、表 2 标准限值 |       |       | 达标情<br>况 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
|                    |                                                                                                         |                           | HJ0253DB-01-006 |                                                             |       |       |          |
|                    |                                                                                                         |                           | 俄西乡扎嘎村          | I类                                                          | II类   | III类  |          |
| 水温<br>(℃)          | 吉央多杰<br>王晓辉                                                                                             | 2024.03.20                | 4.3             | /                                                           | /     | /     | /        |
| pH 值<br>(无量纲)      | 吉央多杰<br>王晓辉                                                                                             | 2024.03.20                | 7.85            | 6-9                                                         |       |       | 达标       |
| 溶解氧<br>(mg/L)      | 吉央多杰<br>王晓辉                                                                                             | 2024.03.20                | 6.38            | ≥饱和率 90%<br>(或 7.5)                                         | ≥6    | ≥5    | II类达标    |
| 高锰酸盐指数<br>(mg/L)   | 阿旺布知                                                                                                    | 2024.03.23                | 0.5L            | ≤2                                                          | ≤4    | ≤6    | I类达标     |
| 化学需氧量<br>(mg/L)    | 阿旺布知                                                                                                    | 2024.03.25                | 10              | ≤15                                                         | ≤15   | ≤20   | I类达标     |
| 五日生化需氧<br>量 (mg/L) | 阿旺布知                                                                                                    | 2024.03.22<br>-2024.03.27 | 1.8             | ≤3                                                          | ≤3    | ≤4    | I类达标     |
| 氨氮<br>(mg/L)       | 次曲珍                                                                                                     | 2024.03.23                | 0.062           | ≤0.15                                                       | ≤0.5  | ≤1.0  | I类达标     |
| 总磷<br>(mg/L)       | 曲拥卓玛                                                                                                    | 2024.03.23                | 0.02            | ≤0.02                                                       | ≤0.1  | ≤0.2  | I类达标     |
| 总氮<br>(mg/L)       | 曲拥卓玛                                                                                                    | 2024.03.23                | 1.93            | /                                                           | /     | /     | /        |
| 铜<br>(mg/L)        | 玉珍白姆                                                                                                    | 2024.04.03                | 0.006L          | ≤0.01                                                       | ≤1.0  | ≤1.0  | I类达标     |
| 锌<br>(mg/L)        | 玉珍白姆                                                                                                    | 2024.04.03                | 0.009L          | ≤0.05                                                       | ≤1.0  | ≤1.0  | I类达标     |
| 氟化物<br>(mg/L)      | 罗布                                                                                                      | 2024.03.25                | 0.577           | ≤1.0                                                        | ≤1.0  | ≤1.0  | I类达标     |
| 硒<br>(mg/L)        | 骆婷婷                                                                                                     | 2024.03.28                | 0.0004L         | ≤0.01                                                       | ≤0.01 | ≤0.01 | I类达标     |



| 分析项目                  | 采样人员及<br>分析人员 | 分析日期       | 样品编号及点位名称       | 《地表水环境质量标准》<br>(GB3838-2002) 中表 1 的<br>I类、II类、III类、表 2 标准限值 |          |         | 达标情<br>况 |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
|                       |               |            | HJ0253DB-01-006 |                                                             |          |         |          |
|                       |               |            | 俄西乡扎嘎村          | I类                                                          | II类      | III类    |          |
| 砷<br>(mg/L)           | 骆婷婷           | 2024.03.28 | 0.0003L         | ≤0.05                                                       | ≤0.05    | ≤0.05   | I类达标     |
| 汞<br>(mg/L)           | 骆婷婷           | 2024.03.27 | 0.00004L        | ≤0.00005                                                    | ≤0.00005 | ≤0.0001 | I类达标     |
| 镉<br>(mg/L)           | 卓嘎            | 2024.04.01 | 0.00010L        | ≤0.001                                                      | ≤0.005   | ≤0.005  | I类达标     |
| 六价铬<br>(mg/L)         | 仁增巴措          | 2024.03.23 | 0.004L          | ≤0.01                                                       | ≤0.05    | ≤0.05   | I类达标     |
| 铅<br>(mg/L)           | 卓嘎            | 2024.03.25 | 0.001L          | ≤0.01                                                       | ≤0.01    | ≤0.05   | I类达标     |
| 氰化物<br>(mg/L)         | 仁增巴措          | 2024.03.23 | 0.004L          | ≤0.005                                                      | ≤0.05    | ≤0.2    | I类达标     |
| 挥发酚<br>(mg/L)         | 仁增巴措          | 2024.03.23 | 0.0003L         | ≤0.002                                                      | ≤0.002   | ≤0.005  | I类达标     |
| 石油类<br>(mg/L)         | 平措旺姆          | 2024.03.23 | 0.01L           | ≤0.05                                                       | ≤0.05    | ≤0.05   | I类达标     |
| 阴离子表面活<br>性剂 (mg/L)   | 骆婷婷           | 2024.03.27 | 0.05L           | ≤0.2                                                        | ≤0.2     | ≤0.2    | I类达标     |
| 硫化物<br>(mg/L)         | 平措旺姆          | 2024.03.23 | 0.01L           | ≤0.05                                                       | ≤0.1     | ≤0.2    | I类达标     |
| 硫酸盐<br>(mg/L)         | 罗布            | 2024.03.25 | 24.3            | ≤250                                                        |          |         | 达标       |
| 氯化物<br>(mg/L)         | 罗布            | 2024.03.25 | 3.12            | ≤250                                                        |          |         | 达标       |
| 硝酸盐 (以 N<br>计) (mg/L) | 罗布            | 2024.03.25 | 0.914           | ≤10                                                         |          |         | 达标       |
| 铁<br>(mg/L)           | 玉珍白姆          | 2024.04.03 | 0.01L           | ≤0.3                                                        |          |         | 达标       |
| *锰<br>(mg/L)          | /             | 2024.03.30 | 0.02            | ≤0.1                                                        |          |         | 达标       |

注：1.数据后加“L”表示该指标的检测结果小于方法检出限。

2. “/”表示无限值



表 5-3 环境空气现场检测条件

| 点位名称   | 天气 | 气压 (kPa) | 温度 (°C) | 风速 (m/s) | 风向  |
|--------|----|----------|---------|----------|-----|
| 俄西乡扎嘎村 | 多云 | 64.7     | 5.1     | 1.5      | 西北风 |
|        | 阴天 | 64.8     | 4.7     | 1.6      | 东南风 |
|        | 多云 | 63.9     | 4.3     | 1.3      | 西北风 |
|        | 多云 | 64.1     | 4.8     | 1.4      | 东风  |
|        | 晴  | 63.4     | 5.6     | 1.2      | 东南风 |

表 5-4 环境空气检测结果

| 分析项目                      | 采样人员及<br>分析人员 | 分析日期                      | 样品编号及点位名称       |                 |                 |                 |                 | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012) 表 1 一级、二级标准限值 |      |
|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------|
|                           |               |                           | 俄西乡扎嘎村          |                 |                 |                 |                 | 一级                                     | 二级   |
|                           |               |                           | HJ0253HK-01-006 | HJ0253HK-02-006 | HJ0253HK-03-006 | HJ0253HK-04-006 | HJ0253HK-05-006 |                                        |      |
| 二氧化硫 (ug/m³)              | 仁增巴措          | 2024.03.26                | 4L              | 4L              | 4L              | 4L              | 4L              | ≤50                                    | ≤150 |
| 二氧化氮 (ug/m³)              | 平措旺姆          | 2024.03.25                | 11              | 10              | 10              | 12              | 11              | ≤80                                    | ≤80  |
| 一氧化碳 (mg/m³)              | 吉央多杰<br>王晓辉   | 2024.03.18<br>-2024.03.23 | 0.23            | 0.30            | 0.25            | 0.23            | 0.21            | ≤4                                     | ≤4   |
| 臭氧 (ug/m³)                | 阿旺布知          | 2024.03.25                | 64              | 56              | 74              | 64              | 48              | ≤100                                   | ≤160 |
| PM <sub>10</sub> (ug/m³)  | 平措旺姆          | 2024.03.25<br>-2024.03.26 | 30              | 37              | 29              | 28              | 28              | ≤50                                    | ≤150 |
| PM <sub>2.5</sub> (ug/m³) | 平措旺姆          | 2024.03.25<br>-2024.03.26 | 15              | 13              | 11              | 15              | 18              | ≤35                                    | ≤75  |

6 检测结果评价

表 6-1 地表水达标情况一览表

| 序号 | 采样点位   | 达标情况                                               |
|----|--------|----------------------------------------------------|
| 1  | 俄西乡扎嘎村 | 所测指标满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 中表 1 的II类、表 2 标准限值 |


备注: 1.依据《地表水环境质量评价(试行)》(环办〔2011〕22号)通知的要求,对河流总氮不做评价。



6-2 环境空气达标情况一览表

| 序号 | 采样点位   | 达标情况     | 不达标项目      |
|----|--------|----------|------------|
| 1  | 俄西乡扎嘎村 | 所测指标一级达标 | 所测指标无不达标项目 |

备注：标准参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表1的标准限值。



编

制：

审

核：

签

发：李燕清

签发人姓名及职务：李燕清/分析部主任

签发日期：2024年4月12日




## 7 附图

### 7.1 采样照片

#### 7.1.1 地表水

检验检测专用章

俄西乡扎嘎村



#### 7.1.2 环境空气

俄西乡扎嘎村



### 7.2 收样照片

